



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Estado de Minas Gerais

PROCESSO Nº 041/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cambuquira, através de sua Pregoeira, nomeada pelo Decreto 2.413/2020, vem através deste, comunicar retificação ao edital Processo nº 041/2020 Pregão nº 020/2020.

REFERENTE AO ITEM 19 ELETROCARDIÓGRAFO

ONDE SE LÊ: Eletrocardiógrafo, com 01 cabo de ECG, 12 canais direto no console, USB, com alimentação AC e bateria recarregável interna, impressão em formato A4, com função cópia e função grade, impressora térmica de alta resolução, permite o uso de bobina de fax; interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 127/220V; software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail; Acessórios: pelo menos um cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais ; 04 eletrodos de membros tipo clip; Manual de instruções em Português; 01 Software para computador (CD). **Apresentar catálogo e número de registro na ANVISA.**

LEIA SE: Eletrocardiógrafo com 12 canais, tela LCD de no mínimo 4", medições mínimas: frequência, ritmo cardíaco, intervalos e complexos PR, QRS, QT; detecção de eletrodo solto e marca-passo, com alimentação por rede elétrica 127/2020v e bateria recarregável interna, impressão em formato A4, com função cópia, impressora térmica de alta resolução, conexão com o computador por meio de ethernet (LAN) e/ou USB, memória de armazenamento com capacidade mínima de 100 registros, exportação de arquivos pelo menos PDF. Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico através do Código de Minnesota de classificação de arritmias. Acessórios: pelo menos um cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; manual de instruções em português; 01 software de instalação (CD ou pendrive). **Apresentar catálogo e número de registro na ANVISA.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Estado de Minas Gerais

REFERENTE AO ITEM 36 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO

ONDE SE LÊ: HD interno de no mínimo 500 GB, 04 portas USB e 03 portas ativas para transdutores no mínimo.

LEIA SE: HD interno de no mínimo 500 GB, 04 portas USB e 04 portas ativas para transdutores no mínimo.

Maria Ângela da Silva

Pregoeira

Cambuquira 02 de março de 2020